
600
605
ENABLE ISCHEMIA MONITORING
610
DELIVER STIMULATION PULSE
615
ENABLE COIL-CAN SENSING
620
SENSE EVOKED RESPONSE
625
DETERMINE STIM. PULSE TO ER INTERVAL
630
IS EVOKED RESPONSE LATENT?
NO
YES
635
DETECT ISCHEMIA
640
ISCHEMIA RESPONSE

FIG. 5